

Certificat de conformité de Traitement Treatment conformity certificate

Référence commande client / Customer order reference: **ACCORD DEVIS N° 5585**

Nombre de colis réceptionnés/Number of received parcels: **14**

Date de réception: **23/07/2025 à 14:10**
/Date time received

Date d'entrée en autoclave: **24/07/2025 à 06:03**
/Date and time in the sterilizer

N° de commande (Steriservices): **CO-776-1753276282**
/Order number

N° de routine: **2507232025**
/Sterilization cycle number

Informations ex : désignation / lot / ... / Informations ex : designation / batch / ...	Lots 07/2025 et 07/2025C
---	--------------------------

Rapport de validation/Validation reference: **Traitement - autoclave n°5 - cycle n°3**

Version de la matrice/Matrix version: **1**

N° d'autoclave/Autoclave number: **5**

N° de cycle/Reference cycle: **3**

N° de lot(s) d'oxyde d'éthylène/Eto batch number: **OE-160625-13-B**

Contrôle des paramètres physiques / Physical parameters checking

Paramètres/Parameters	Valeurs théoriques/Theoretical Values	Résultats obtenus/Obtained Results
Durée de préchauffage (minute) / Preheating time (minute)	60 <= D <= 62	61
Durée Conditionnement (minute) / Conditioning time (minute)	180 <= D	181
HR en fin de conditionnement (%) / Humidity at end of conditioning (%)	50 <= HR	58
Température en fin de conditionnement (°C) / Temperature at end of conditioning (°C)	40 <= T° <= 50	45
ΔP de gaz injecté (mbar) / ΔP of injected gas (mbar)	360 <= ΔP <= 430	370
Masse de gaz mini (kg) / Mass of gas min (kg)	1.8 <= M	2.4
Durée exposition OE (minute) / Exposition time (minute)	240 <= D <= 250	241
Température mini en exposition (°C) / Temperature min during exposure (°C)	40 <= T°	45
Température maxi en exposition (°C) / Temperature max during exposure (°C)	T° <= 50	46
Nombre de vides AZOTE (Qt) / Number of nitrogen washes (Qt)	1 == Nb	1
Nombre de vides AIR (Qt) / Number of air washes (Qt)	4 == Nb	4

Désorption/Desorption

Chambre/Room: **C**

Nombre de jour en chambre min/Days in room min: **1**

Date d'entrée en chambre/In room date: **24/07/2025 à 15:39**

Date de sortie de chambre/Out room date: **25/07/2025 à 17:56**