

ESSAI DE STERILITE

Rapport d'Essais N° M14-04669

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D'ESSAIS :

ITC
ZAC du Breuil
18 rue Robert SCHUMAN
54850 MESSEIN

Monsieur Jean-Christian ANDRE

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON :

Nature : Tiges de tatouage
Référence : 0AK14C
Numéro de lot : 140406
D.L.U. : 03/2017
Conditionnement : Simple emballage
Nombre d'échantillons/lot : 20
Code Laboratoire : 4/0690/4/0010/14
Date de réception : 22/09/2014
Date des essais : du 23/09/2014 au 07/10/2014

TEXTES DE REFERENCE :

P.E. 8ème édition - 2.6.1

CONDITIONS DE L'ESSAI :

Méthode : ensemencement direct
Quantité par milieu de culture : 10 dispositifs
Essai de bactériostase / fongistase : validé (Rapport d'essai M12-04211).

RESULTATS :

Echantillon 4/0690/4/0010/14


Paramètres Analytiques	Résultats
Stérilité milieux de culture	conforme
Fertilité milieux de culture	conforme
Bactéries aérobies - anaérobies	-
Levures - moisissures	-

+ : croissance

- : absence de croissance

CONCLUSION :

Dans les conditions de l'essai, l'échantillon testé satisfait à l'essai de stérilité.



M. Olivier LEMAIRE
Responsable des essais



Dr. Jean - Jérôme LUCCHINI
Directeur Scientifique

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 1 page et 0 annexe. - KEYBIO M14-04669(1/1) -

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

Ce rapport d'essais ne concerne que les objets soumis à essais.

Z.I. Les Paluds -Pôle Performance - BT C2 - BP 1427 - 13785 AUBAGNE Cedex - Tél. : 33 (4) 42 84 29 00 - Fax : 33 (4) 42 84 28 84
keybio@keybio.com - www.keybio.com - S.A.S. au capital de 547 500 euros - RCB 348 238 523

